

C 型臂 X 射线机、超声骨动力系统采购项目

第一包更正公告

山东中钢招标有限公司受青岛市妇女儿童医院的委托，对 C 型臂 X 射线机、超声骨动力系统(项目编号: ZFCG2021000784)以公开招标方式组织采购，本项目于 2021 年 9 月 14 日在中国青岛政府采购网(<http://zfcg.qingdao.gov.cn>)和全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)发布了招标公告，根据本项目相关投标人提出的询问情况，经招标人研究，现对原招标文件的部分内容作如下更正：

1、原招标文件“第四章 采购需求”“采购明细详细内容附件”中：

序号	设备参数及详细配置要求
1.1.2	球管管芯：双焦点：小焦点 ≥ 0.6 mm 大焦点 ≥ 1.5 mm（投标人自行提报球管管芯品牌）

现更正为：

序号	设备参数及详细配置要求
1.1.2	球管管芯：双焦点：小焦点 ≤ 0.6 mm 大焦点 ≤ 1.5 mm（投标人自行提报球管管芯品牌）

本更正公告作为招标文件的组成部分，与招标文件不一致的部分以本公告为准，采购文件其它内容不变。

