

青岛市按摩康复医院评估训练系统设备采购项目更正公告

各相关投标人：

山东凯泽项目管理有限公司组织的青岛市按摩康复医院所需青岛市按摩康复医院评估训练系统设备采购项目（项目编号：SDGP370200000202502002512），现对本项目作以下更正：

一、更正信息

更正内容一：

原招标文件第四章 采购需求 2.1 采购明细：

序号 1 产品名称：AI 语言障碍康复评估训练系统

设备参数及详细配置要求：1. 结构组成：一体机电脑、触摸屏、可升降工作台、电脑悬臂、输出设备等组成。

现更正为：

序号 1 产品名称：AI 语言障碍康复评估训练系统

设备参数及详细配置要求：1. 结构组成：一体机终端、触摸屏、可升降工作台、终端悬臂、输出设备等组成。

更正内容二：

原招标文件第四章 采购需求 2.1 采购明细：

序号 1 产品名称：AI 语言障碍康复评估训练系统

设备参数及详细配置要求：20. 人体工程学电脑支撑臂角度固定 360°，显示器上下升降调节范围 $\geq 36-65\text{cm}$ 。

现更正为：

序号 1 产品名称：AI 语言障碍康复评估训练系统

设备参数及详细配置要求：20. 人体工程学终端支撑臂角度固定360°，显示器上下升降调节范围≥36-65cm。

更正内容三：

原招标文件第四章 采购需求 2.1 采购明细：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：1. 结构组成：由动力输出机构、扩展器配件（腕关节扩展器、手指扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、上肢综合训练扩展器、踝关节扩展器）、平板电脑支架。

现更正为：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：1. 结构组成：由动力输出机构、扩展器配件（腕关节扩展器、手指扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、上肢综合训练扩展器、踝关节扩展器）等组成。

更正内容四：

原招标文件第四章 采购需求 2.1 采购明细：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：3. 动力头可电磁一键吸附/脱离扩展器，智能识别扩展器并匹配相应的体位训练。

现更正为：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：3. 动力头可电磁一键吸附/脱离扩展器。

更正内容五：

原招标文件第四章 采购需求 2.1 采购明细：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：16. 设备操作平台：≥12.6 英寸平板电脑，Windows10 及以上 64 位操作系统，8G 以上内存，≥100G 以上硬盘，分辨率≥2560*1600 以上，电脑支架可 360° 无死角灵活转动。

现更正为：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：16. 配套设备操作平台：≥12 英寸，支架可 360° 无死角灵活转动。

更正内容六：

原招标文件第四章 采购需求 2.1 采购明细：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：18. 主机尺寸：≥740mm*540mm*1045mm~1445mm；电源电压：220V，50Hz；输入功率：300VA；机身重量：≤80kg。

现更正为：

序号 2 产品名称：多关节等速测试与训练系统

设备参数及详细配置要求：删除第 18 项参数。

更正内容七：

原招标文件规定提交投标文件截止时间：2025-12-22 09:30（北京时间）

现更正为：

提交投标文件截止时间：2025-12-29 14:00（北京时间）

其他内容不变，特此通知。

二、其他补充事宜

本更正公告作为招标文件的组成部分之一，对各相关投标人均具有同等约束力，与原招标文件或招标公告不一致的部分以本更正公告为准。