

莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设项目-眼科类医疗设备

采购第三包变更公告

一、变更招标文件第四章 采购需求中第三包“3●超乳玻切一体机”的技术参数如下：

1. 将超声乳化功能中“第 3 项”变更为“3. 前节玻切：气动，单向切割 ≥ 6000 次/分钟，双向切割 ≥ 12000 次/分钟”。
2. 将超声乳化功能中“第 5 项”变更为“5. 超声模式：连续，脉冲，固定爆破三种超声模式”。
3. 将超声乳化功能中“第 7 项”变更为“7. 超乳模式：纵向超声模式，超声冲程 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ ”。
4. 将超声乳化功能中“第 8 项”变更为“8. 眼压控制：具备自适应液流控制模式或自动灌注增压控制模式”。
5. 增加技术参数“9. 超乳耗材超乳管道为可高温高压消毒重复使用或一次性超乳套盒”。
6. 将玻璃体切割功能中“第 3 项”变更为“3. 后节玻切：单向切割 ≥ 6000 次/分钟，双向切割 ≥ 12000 次/分钟”。
7. 将玻璃体切割功能中“第 4 项”变更为“4. 玻切光源：独立氙灯或 LED 光源”。
8. 将玻璃体切割功能中“第 5 项”变更为“5. 眼内照明：具备平角照明和广角照明”。
9. 将其他参数要求中“第 1 项”变更为“1. 操作系统： ≥ 17 寸彩色触摸屏，中文操作界面及中文语音提示”。
10. 将其他参数要求中“第 2 项”变更为“2. 动力系统：文丘里泵或蠕动泵”。
11. 将其他参数要求中“第 3 项”变更为“脚踏开关：可编程控制设备升降，功能切换”。
12. 将其他参数要求中“第 4 项”变更为“脚踏控制：同时具备单线性模式和双线性模式”。

二、招标文件 P20 页，“3.1 超乳玻切一体机配套耗材”要求删除，变更要求为“超乳玻切一体机配套耗材以山东省药械集中采购平台价格(即省标价格)为基准报优惠率，所有耗材品种的优惠率必须一致，例如配套耗材省标价格为 9000

元，某公司投标优惠率为 0.2，即表示将以 $9000 \times (1-0.2)=7200$ 元的单价供货。按照所报优惠率进行评分，以优惠率最高的为评标基准价。投标文件中须单独列出《配套耗材分项报价明细表》（见附件 8）”。

三、招标文件 P66 页“附件 8 配套耗材分项报价明细表（第三包专用）”中，把合计总报价（元），变更为“优惠率”，删除表格中的数量及单位。备注改为“注：1. 玻切套包等配套耗材的供应单价均以山东省药械集中采购平台价格（即省标价格）为基准报优惠率，所有耗材品种的优惠率必须一致。例如：配套耗材省标价格为 9000 元，某公司投优惠率为 0.2，即表示将以 $9000 \times (1-0.2)=7200$ 元的单价供货。按照所报优惠率进行评分。2. 耗材报价以优惠率最高的为评标基准价。投标文件中须单独列出《配套耗材分项报价明细表》。”

四、招标文件第五章评标办法变更内容如下：

1. 原商务部分“投标报价 30 分”，变更为“投标报价 35 分”。

2. 原商务部分“耗材报价 10 分”变更为“耗材报价 5 分”；

原耗材报价评分标准“评标基准价 C=所有有效标书耗材投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。 报价得分=评标基准价÷（耗材投标报价或者最终价格）×10，注：耗材报价以所有耗材单价合计金额最低的为评标基准价。耗材报价填报格式详见附件格式中的《配套耗材分项报价明细表》。最终报价：1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10%的价格扣除，扣除后的价格为最终优惠率。2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比 30%以上的，给予 5%的价格扣除，扣除后的价格为最终优惠率。” **变更为**“评标基准价 C=所有有效标书耗材投标优惠率(或最终优惠)中的最高优惠率。最终报价:1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10%的价格扣除，扣除后的价格为最终优惠率。2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比 30%以上的，给予 5%的价格扣除，扣除后的价格为最终优惠率。报价得分=评标基准价÷（投标优惠率或者最终优惠率）×5。设备配套的耗材以山东省药械集中采购平台价格(即省标价格)为基准报优惠率，以优惠率最高的为评标基准价。”

3. 原技术部分“响应情况：全部满足实质性条款要求的得基础分 20 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。非实质性条款每出现 1 条负偏离，扣除 2 分，扣到 0 分为止。”变更为“全部满足实质性条款要求的得基础分 20 分；实质性条款有 1 项不满足的，为无效投标。非实质性条款每出现 1 条负偏离，扣除 2 分，扣到 0 分为止。注：(1) 投标人须对招标文件“采购明细详细内容附件”中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术响应表。(2) 对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书(彩页)、技术响应表为评审依据(如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书(彩页)、技术响应表的顺序进行认定)。(3) 投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，并在技术偏离表中标明响应该条技术要求的证明材料的具体投标文件页码。”fyq 已变更，请各潜在投标人重新下载 CG 版招标文件。

本澄清公告作为本项目招标文件的重要组成部分，对各潜在投标人均具有同等约束力，与本项目招标文件不一致的部分以本澄清公告为准。由此为各潜在投标人带来的不便敬请谅解。

莱西市人民医院（盖章）：

2026 年 03 月 14 日