

2026 年医疗机构医用设备购置项目变更公告

各相关供应商：

2026 年医疗机构医用设备购置项目（项目编号：SDGP370211000202602000127），于 2026 年 7 月 10 日在中国青岛政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<https://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布招标公告，现就招标文件做出以下变更：

一、原招标文件 P18 “2.1 参数要求” 中：

序号	名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	●数字化医用诊断 X 射线系统（含防护费用）	台	2	52	104
2	身高体重测量设备	台	3	0.098564	0.295692
3	制氧机	台	2	0.492824	0.985648
4	电动吸引器或吸痰装置	台	6	0.078851	0.473106
5	医用电动护理床（具有防治压疮功能的床垫）	张	12	1.478473	17.741676
6	治疗车	台	3	0.049282	0.147846
7	晨晚间护理车	台	3	0.197129	0.591387
8	病历车	台	3	0.118277	0.354831
9	药品柜	台	3	0.275981	0.827943
10	12 导心电图机	台	3	1.774167	5.322501
11	超声雾化机	台	6	0.059138	0.354828
12	医用担架车（配担架）	辆	3	0.197129	0.591387
13	轮椅	辆	3	0.059138	0.177414
14	心电监护仪（带血氧饱和度监测）	台	12	1.182778	14.193336
15	空调	台	6	0.295694	1.774164
16	电视	台	6	0.295694	1.774164
17	卫生间热水器	台	6	0.295694	1.774164
18	家具 1 宗（每宗单人沙发椅 4 个，冷藏柜 2 个，洗澡椅 2 个）	宗	3	0.689954	2.069862
19	屈光视力筛查仪	台	1	9.270633	9.270633

20	婴幼儿身长体重测量仪	台	1	0.463531	0.463531
21	儿童身高体重测量仪	台	1	0.463531	0.463531
22	听力筛查仪	台	1	1.112476	1.112476
23	经皮测黄疸仪	台	2	0.74165	1.4833
24	“E”字标准对数视力表	台	2	0.115882	0.231764
25	医用冰箱	个	3	0.74165	2.22495
26	治疗车	台	7	0.055623	0.389361
27	ABS 治疗车	台	3	0.185412	0.556236
28	自助式血压计（含桌椅）	台	1	1.112476	1.112476
29	急救箱	个	2	0.092706	0.185412
30	取号机	台	1	1.835585	1.835585
31	登记签核	台	1	1.46476	1.46476
32	身份证读卡器	台	1	0.139059	0.139059
33	验证机	台	1	1.372053	1.372053
34	扫码枪	台	2	0.046353	0.092706
35	宣教一体机	台	1	1.390595	1.390595
36	液晶显示一体机	台	2	0.185412	0.370824
37	手持 PDA	台	1	0.602591	0.602591
38	多媒体机	台	1	0.278119	0.278119
39	语音播报系统	台	1	0.556238	0.556238
40	服务器	台	1	1.205182	1.205182
41	机柜、网络设备、布线	套	1	0.834357	0.834357
42	电视机	台	2	0.463531	0.927062
43	哲勤冷链网关（含 2 个探头）	套	1	0.333742	0.333742
44	电脑、打印机	套	6	0.426449	2.558694
45	吸痰器	台	1	0.069529	0.069529
46	多功能诊察床	张	2	0.092706	0.185412
47	起背式观察床	张	3	0.231765	0.695295
48	三人位输液椅	个	3	0.092706	0.278118
49	物品柜	个	2	0.069529	0.139058
50	资料柜	个	2	0.069529	0.139058
51	药品柜	个	4	0.092706	0.370824

52	无菌柜	个	2	0.185412	0.370824
53	健康档案柜	个	1	0.069529	0.069529
54	治疗台	个	2	0.092706	0.185412
55	艾灸仪	台	1	0.018541	0.018541
56	简易呼吸器	台	1	0.00927	0.00927
57	地站灯	台	1	0.00927	0.00927
58	办公桌椅	套	6	0.092706	0.556236
59	健康宣传栏	个	1	0.370825	0.370825
60	肩关节训练器	个	1	0.185412	0.185412
61	雾化器	个	1	0.278119	0.278119
62	艾灸床（含床头柜）	张	10	0.139059	1.39059
63	自动体外除颤仪（AED）	台	1	1.019769	1.019769
64	心电图机（远程诊断）	台	1	0.74165	0.74165
65	中频治疗仪	台	2	0.509884	1.019768
66	电麻仪	台	1	0.027811	0.027811
67	TDP 神灯	台	10	0.041717	0.41717
68	电子身高体重秤	台	1	0.231765	0.231765
69	系统集成	套	1	2.78119	2.78119
70	电磁波治疗仪	台	2	0.027811	0.055622
71	（碳 13）幽门螺旋杆菌检查仪	台	1	4.171785	4.171785
72	紫外线消毒器	台	3	0.602591	1.807773
73	阴凉柜	台	2	0.74165	1.4833
74	家医智慧随访箱	台	2	1.297888	2.595776

变更为：

序号	名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	●数字化医用诊断 X 射线系统（含防护费用）	台	2	52	104
2	身高体重测量设备	台	3	0.098564	0.295692
3	制氧机	台	2	0.492824	0.985648
4	电动吸引器或吸痰装置	台	6	0.078851	0.473106
5	医用电动护理床（具有防治压疮功能的床垫）	张	12	1.478473	17.741676

6	治疗车	台	3	0.049282	0.147846
7	晨晚间护理车	台	3	0.197129	0.591387
8	病历车	台	3	0.118277	0.354831
9	药品柜	台	3	0.275981	0.827943
10	12 导心电图机	台	3	1.774167	5.322501
11	超声雾化机	台	6	0.059138	0.354828
12	医用担架车（配担架）	辆	3	0.197129	0.591387
13	轮椅	辆	3	0.059138	0.177414
14	心电监护仪（带血氧饱和度监测）	台	12	1.182778	14.193336
15	空调	台	6	0.295694	1.774164
16	电视	台	6	0.295694	1.774164
17	卫生间热水器	台	6	0.295694	1.774164
18	家具 1 宗（每宗单人沙发椅 4 个，冷藏柜 2 个，洗澡椅 2 个）	宗	3	0.689954	2.069862
19	屈光视力筛查仪	台	1	9.270633	9.270633
20	婴幼儿身长体重测量仪	台	1	0.463531	0.463531
21	儿童身高体重测量仪	台	1	0.463531	0.463531
22	听力筛查仪	台	1	1.112476	1.112476
23	经皮测黄疸仪	台	2	0.74165	1.4833
24	“E” 字标准对数视力表	台	2	0.115882	0.231764
25	医用冰箱	个	3	0.74165	2.22495
26	治疗车	台	7	0.055623	0.389361
27	ABS 治疗车	台	3	0.185412	0.556236
28	自助式血压计（含桌椅）	台	1	1.112476	1.112476
29	急救箱	个	2	0.092706	0.185412
30	取号机	台	1	1.835585	1.835585
31	登记签核	台	1	1.46476	1.46476
32	身份证读卡器	台	1	0.139059	0.139059
33	验证机	台	1	1.372053	1.372053
34	扫码枪	台	2	0.046353	0.092706
35	宣教一体机	台	1	1.390595	1.390595

36	液晶显示一体机	台	2	0.185412	0.370824
37	手持 PDA	台	1	0.602591	0.602591
38	多媒体机	台	1	0.278119	0.278119
39	语音播报系统	台	1	0.556238	0.556238
40	服务器	台	1	1.205182	1.205182
41	机柜、网络设备、布线	套	1	0.834357	0.834357
42	电视机	台	2	0.463531	0.927062
43	冷链网关（含 2 个探头）	套	1	0.333742	0.333742
44	电脑、打印机	套	6	0.426449	2.558694
45	吸痰器	台	1	0.069529	0.069529
46	多功能诊察床	张	2	0.092706	0.185412
47	起背式观察床	张	3	0.231765	0.695295
48	三人位输液椅	个	3	0.092706	0.278118
49	物品柜	个	2	0.069529	0.139058
50	资料柜	个	2	0.069529	0.139058
51	药品柜	个	4	0.092706	0.370824
52	无菌柜	个	2	0.185412	0.370824
53	健康档案柜	个	1	0.069529	0.069529
54	治疗台	个	2	0.092706	0.185412
55	艾灸仪	台	1	0.018541	0.018541
56	简易呼吸器	台	1	0.00927	0.00927
57	地站灯	台	1	0.00927	0.00927
58	办公桌椅	套	6	0.092706	0.556236
59	健康宣传栏	个	1	0.370825	0.370825
60	肩关节训练器	个	1	0.185412	0.185412
61	雾化器	个	1	0.278119	0.278119
62	艾灸床（含床头柜）	张	10	0.139059	1.39059
63	自动体外除颤仪（AED）	台	1	1.019769	1.019769
64	心电图机（远程诊断）	台	1	0.74165	0.74165
65	中频治疗仪	台	2	0.509884	1.019768
66	电麻仪	台	1	0.027811	0.027811
67	TDP 神灯	台	10	0.041717	0.41717

68	电子身高体重秤	台	1	0.231765	0.231765
69	系统集成	套	1	2.78119	2.78119
70	电磁波治疗仪	台	2	0.027811	0.055622
71	(碳 13) 幽门螺旋杆菌检查仪	台	1	4.171785	4.171785
72	紫外线消毒器	台	3	0.602591	1.807773
73	阴凉柜	台	2	0.74165	1.4833
74	家医智慧随访箱	台	2	1.297888	2.595776

二、原招标文件 P35 第“2.1.43”中：

2.1.43 哲勤冷链网关（含 2 个探头）

序号	设备综合参数要求
1	自动地对冷链设备温度进行不间断采集
2	测温探头具备不低于 IP65 级防水性能，适应不同冷链设备内部环境
3	测量范围在-40℃~85℃之间
4	最大允许误差：±0.5℃
5	监测终端配备内置电池，当外部电源中断时，监测终端仍能继续进行温度测量和数据缓存，支持市电中断后继续正常运行≥24 小时
6	采集的监测数据真实、准确、完整、及时。
7	监测终端≤1min 频率将数据上传管理平台
8	监测终端具备至少 20 个测温探头并联功能
9	监测终端具有 LCD 屏温度显示功能，能够显示至少 20 条温度数据
10	监测终端工作温度：-20℃~+60℃
11	监测终端监测出冷链设备超出规定范围、断电、冷链监测设备异常时，监测终端具备本地声光报警。
12	监测终端支持声光报警手工复位功能。
13	监测终端由于服务器宕机、突发自然灾害等事件，无法及时将温度数据上传至管理平台时，本地可以进行数据缓存。同时具备自动重连技术，保证数据的连续性、准确性。
14	监测终端采用 5G 的无线通讯模块

变更为：

2.1.43 冷链网关（含 2 个探头）

序号	设备综合参数要求
1	自动地对冷链设备温度进行不间断采集
2	测温探头具备不低于 IP65 级防水性能，适应不同冷链设备内部环境
3	测量范围在-40℃~85℃之间
4	最大允许误差：±0.5℃
5	监测终端配备内置电池，当外部电源中断时，监测终端仍能继续进行温度测量和数据缓存，支持市电中断后继续正常运行≥24 小时
6	采集的监测数据真实、准确、完整、及时。

7	监测终端≤1min 频率将数据上传管理平台
8	监测终端具备至少 20 个测温探头并联功能
9	监测终端具有 LCD 屏温度显示功能，能够显示至少 20 条温度数据
10	监测终端工作温度：-20℃～+60℃
11	监测终端监测出冷链设备超出规定范围、断电、冷链监测设备异常时，监测终端具备本地声光报警。
12	监测终端支持声光报警手工复位功能。
13	监测终端由于服务器宕机、突发自然灾害等事件，无法及时将温度数据上传至管理平台时，本地可以进行数据缓存。同时具备自动重连技术，保证数据的连续性、准确性。
14	监测终端采用 5G 的无线通讯模块

本变更公告作为招标文件的重要组成部分之一，对各相关供应商均具有同等约束力，与招标文件不一致的部分以本变更公告为准，其他均不变。由此为各潜在供应商带来的不便敬请谅解。